



Plasminogenaktivator-Inhibitor

Akronym	PAI-1
Präanalytik	Zirkadianen Rhythmus beachten, erniedrigte Werte unter Einnahme von Ovulationshemmern.
Material	<u>Citrat-Plasma</u> , 2 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)

Referenzbereich

[U/mL]	
< 10	normal
> 20	Hinweis auf eine signifikante Verminderung der Fibrinolyse und damit auf ein erhöhtes Thromboserisiko.

Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>